

Yên Bái, ngày 05 tháng 9 năm 2023

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm vật tư y tế bổ sung năm 2023 phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái

Địa chỉ: Thôn Tiên Phong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Lê Trọng Thủy – Trưởng khoa Dược – BVĐK tỉnh Yên Bái, email: [Letrongthuykd@gmail.com](mailto:Letrongthuykd@gmail.com), Số điện thoại 0966.476.555.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá theo một trong hai hình thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Lê Trọng Thủy, Khoa Dược – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái (Xã Giới Phiên – Thành Phố Yên Bái – Tỉnh Yên Bái). Số điện thoại 0966.476.555. Hoặc

- Nhận qua email: [Letrongthuykd@gmail.com](mailto:Letrongthuykd@gmail.com)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 05 tháng 9 năm 2023 đến trước 17h 00 ngày 15 tháng 9 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2023.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Bộ dụng cụ lấy huyết khối trong lòng mạch não	1. Cấu tạo đường kính trong $1,7\text{mm} \pm 10\%$ , đường kính ngoài đầu gần $2\text{mm} \pm 10\%$ 2. Chiều dài làm việc $\geq 125\text{cm}$ .	5	Cái
2	Bóng nong mạch cảnh	1. Dùng trong kỹ thuật nong và đặt Stent mạch cảnh. 2. Cấu tạo Bóng OTW 0.018". Cỡ 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0mm, dài 20,40,80,120,150mm. Bóng sử dụng công nghệ Proprietary giúp băng qua tổn thương dễ dàng. Bóng đạt được áp lực cao 12-14-16-22atm. Áp lực tiêu chuẩn 8 atm. Chiều dài hệ thống của bóng (bao gồm bóng và dây	10	Cái

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
		dẫn) tối thiểu có 3 cỡ sau: (90cm, 130cm và 180cm) $\pm 10\%$		
3	Bóng nong mạch não loại 2 nòng	<p>1. Bóng nong được gắn trong ống thông 2 nòng dùng trong can thiệp điều trị xơ vữa động mạch nội sọ.</p> <p>2. Cấu tạo: Đường kính tối thiểu có các cỡ (1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0) mm <math>\pm 10\%</math>. Chiều dài bóng nong 8mm <math>\pm 10\%</math>, đường kính trong từ 0.0165 inch đến 0.017 inch. Đường kính ngoài đầu xa 2.7F <math>\pm 10\%</math>, đường kính ngoài đầu gần là 3.7F <math>\pm 10\%</math>, Tổng chiều dài hệ thống 150cm <math>\pm 10\%</math>. Chịu được áp lực danh nghĩa 6atm, áp lực tối đa 14atm.</p> <p>3. Hệ thống bóng tương thích với vi dây dẫn 0.014 inch</p>	5	Cái
4	Dụng cụ để thả hoặc cắt vòng xoắn kim loại	1. Cấu tạo kim cắt tách vòng xoắn kim loại đã được tích điện sẵn, có hệ thống đèn báo và tín hiệu chuông phát.	2	Cái
5	Dụng cụ lấy dị vật (multi-snare) trong tim mạch các loại, các cỡ.	Cấu tạo: ba vòng xoắn chất liệu hợp kim Nitinol, chiều dài $\geq 100$ cm.	20	Cái
6	Kẹp túi phình mạch máu não các loại	Chất liệu titanium, kích thước các cỡ	5	Cái
7	Ống thông dẫn đường dùng trong can thiệp mạch não	Kích cỡ 6F, đường kính trong 0.088 inch $\pm 10\%$ , chiều dài $\geq 80$ cm, đường kính ngoài đầu gần 8F, đường kính ngoài đầu xa 8F. Dùng để dẫn đường trong kỹ thuật can thiệp mạch não.	10	Cái
8	Stent động mạch vành phủ thuốc	<p>1. Làm bằng chất liệu hợp kim Crome. Phủ thuốc chống tái hẹp, liều 1,00<math>\mu</math>g/mm<sup>2</sup> <math>\pm 10\%</math>.</p> <p>2. Chất liệu bọc ngoài: Polymer tự tiêu sinh học</p> <p>3. Đường kính (mm) có đủ tối thiểu các số sau: 2,25; 2,5, 2,75; 3,00; 3,25; 3,50; 4,00; Chiều dài có ít nhất 8 cỡ, trong đó cỡ ngắn nhất <math>\leq 9</math>mm.</p> <p>4. Bóng nong chất liệu Polyamid với áp lực tham chiếu từ 8atm đến 10atm, Áp lực vỡ bóng từ 15atm đến 18atm</p>	100	Cái

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
9	Băng ghim khâu cắt mổ mở	1. Cấu tạo: Chất liệu ghim titanium, chiều dài băng ghim có ít nhất các cỡ (60mm, 80mm, 100mm) $\pm$ 10%, chiều cao ghim mở và ghim đóng các cỡ. 2. Tương thích với Dụng cụ khâu cắt tự động dùng trong mổ mở.	10	Cái
10	Bộ dây đo áp lực nội sọ và nhiệt độ thân não tại não thất	Bộ dây đo áp lực nội sọ và nhiệt độ thân não tại não thất gồm: + Catheter có gắn cảm biến áp lực nội sọ và nhiệt độ thân não tại não H34 chiều dài $\geq$ 35 cm, nòng các cỡ, có que dẫn đường, có dây dẫn lưu dịch não tủy ra ngoài để giải áp và có vạch đánh dấu độ sâu; + Mũi khoan xương sọ đường kính 6,5 mm $\pm$ 10%, có thể điều chỉnh độ sâu; + Que điều chỉnh độ sâu mũi khoan; + Chốt cố định trên hộp sọ; + Núm khóa để dẫn lưu dịch não tủy ra ngoài;	15	Bộ
11	Bộ dây đo áp lực nội sọ và nhiệt độ thân não tại nhu mô não	Bộ dây đo áp lực nội sọ và nhiệt độ thân não tại nhu mô não gồm: + Catheter làm bằng polyamid, gắn cảm biến áp lực nội sọ và nhiệt độ thân não tại nhu mô não, chiều dài $\geq$ 35cm, nòng các cỡ; + Chốt có vít vặn chặt; + Vòng để điều chỉnh độ sâu của chốt; + Mũi khoan đường kính 6,5 mm $\pm$ 10%, có thể điều chỉnh độ sâu; + Que điều chỉnh độ sâu mũi khoan; + Mũi chọc màng cứng	10	Bộ
12	Bộ quả lọc máu liên tục	1. Chất liệu màng quả lọc Polysulfone, diện tích màng lọc $\geq$ 1,4 mét vuông. Tương thích và sử dụng được cho máy lọc Multifiltrate. 2. Thành phần chính gồm: quả lọc, đường ống, cartridge	25	Bộ
13	Ống thông chụp động mạch vành 2 bên	1. Cấu tạo lưới thép không gỉ bền đôi, chống xoắn, có các cỡ từ 4F, 5F và 6F, chiều dài $\geq$ 100cm. 2. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	260	Cái
14	Catheter dẫn lưu vết mổ	Chất liệu Silicone, các cỡ	20	Cái
15	Dây dẫn lưu	Chất liệu Silicol hoặc nhựa tổng hợp, đường kính chiều dài các cỡ	900	Cái
16	Dây dẫn lưu ngoài ổ bụng	Chất liệu cao su, chịu được nhiệt 135 độ	2.000	Cái
17	Dây oxy có Mask người lớn	Dây có cấu tạo kèm mặt nạ thở cho người lớn	750	Cái

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
18	Dây oxy có Mask trẻ em	Dây có cấu tạo kèm mặt nạ thở cho trẻ em	220	Cái
19	Dụng cụ khâu cắt tự động dùng trong mổ mở	1. Cấu tạo: 40cm ≤ Chiều dài ≤ 50cm 2. Tương thích với băng ghim khâu cắt mổ mở	10	Bộ
20	Kẹp hộp sọ	Chất liệu titanium, đường kính 16mm ± 10%	5	Cái
21	Kẹp liên tục cầm máu da đầu	Kẹp cầm máu da đầu, bằng nhựa, đóng gói tiệt trùng	5	Cái
22	Kim sinh thiết nhiệt	Kim sinh thiết có chất liệu vỏ ngoài bằng nhựa dẻo. Kim tương thích với máy nội soi dạ dày, đại tràng ống mềm, máy có đường kính kênh sinh thiết 2,8 mm, chiều dài 2.300mm ± 10%. Sử dụng 1 lần.	200	Cái
23	Khớp háng bán phần không xi măng chuỗi phủ nhám	1. Chỏm lưỡng cực các cỡ, chất liệu vỏ ngoài hợp kim crom, lót trong nhựa cao phân tử, đường kính ngoài có nhiều cỡ trong đó cỡ nhỏ nhất ≤ 38mm và cỡ lớn nhất phải ≥ 60mm mỗi cấp tăng 2mm 2. Chỏm xương đùi chất liệu hợp kim Crom, đường kính 22mm và 28mm; 3. Chuỗi không xi măng, 100mm ≤ chiều dài chuỗi ≤ 130mm, có ít nhất 12 cỡ chuỗi, phủ HA (tái tạo xương nhanh), góc cổ chuỗi 130/135 độ, có gân và rãnh xung quanh chuỗi	24	Bộ
24	Lưỡi dao mổ các số	Chất liệu thép carbon, các số	8.000	Cái
25	Miếng dán mi	Kích thước 10cm x 12cm ± 10%.	1.300	Miếng
26	Ống đựng nước tiểu	Chất liệu thủy tinh trong suốt hoặc nhựa có nắp, thể tích các cỡ	1.200	Cái
27	Ống hút phẫu thuật số 5	Chất liệu nhựa Silicol hoặc PVC phủ Silicol. Đường kính trong 5mm ± 10%, Chiều dài ≥ 395mm. Tiệt trùng	700	Cái
28	Ống hút phẫu thuật số 7	Chất liệu nhựa Silicol hoặc PVC phủ Silicol. Đường kính trong 5mm ± 10%, Chiều dài ≥ 395mm. Tiệt trùng	300	Cái
29	Ống rửa dạ dày các số	Chất liệu PVC mềm, đường kính chiều dài các cỡ	35	Bộ

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
30	Phim X-Quang kỹ thuật số cỡ 20cmx25cm	Kích thước 8" x 10" (20 x 25cm). Mật độ in tối đa $\leq 3,60 \pm 0,10$ , mật độ in tối thiểu $\leq 0,29$ . Tương thích và sử dụng được cho máy in phim khô Laser Fujifilm	10.000	Tờ
31	Phim X-Quang kỹ thuật số cỡ 20cmx25cm	Kích thước 8" x 10" (20 x 25cm). Mật độ in tối đa $\leq 3,60 \pm 0,10$ , mật độ in tối thiểu $\leq 0,29$ . Tương thích và sử dụng được cho máy in phim khô Laser Trimax TX55	10.000	Tờ
32	Phim X-Quang kỹ thuật số cỡ 35cmx43cm	Kích thước 14" x 17" (35cm x 43cm). Mật độ in tối đa $\leq 3,60 \pm 0,10$ , mật độ in tối thiểu $\leq 0,29$ . Tương thích và sử dụng được cho máy in phim khô Laser Fujifilm	5.000	Tờ
33	Phim X-Quang kỹ thuật số cỡ 35cmx43cm	Kích thước 14" x 17" (35cm x 43cm). Mật độ in tối đa $\leq 3,60 \pm 0,10$ , mật độ in tối thiểu $\leq 0,29$ . Tương thích và sử dụng được cho máy in phim khô Laser Trimax TX55	5.000	Tờ
34	Thủy tinh thể mềm đa tiêu cự	1. Cấu tạo: Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu cự, một mảnh, 2 còng; chất liệu Acrylic ngậm nước 25% $\pm 10\%$ ; lọc tia UV; đường kính quang 6mm $\pm 10\%$ , 10mm $\leq$ đường kính tổng $\leq 13$ mm; chỉ số khúc xạ $\geq 1,4$ , hằng số A $\geq 118$ ; Độ sâu tiền phòng PACD $\geq 5.5$ , đặt sẵn trong súng hoặc có súng kèm theo. Đảm bảo cho đường mờ $\leq 2,2$ mm. 2. Dải công suất có nhiều số trong đó số nhỏ nhất $\leq +10$ diop và số lớn nhất $\geq +30$ diop.	100	Cái
<b>Tổng: 34 Khoản</b>				

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế (có phụ lục chi tiết kèm theo)

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong năm 2023

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng

5. Các thông tin khác (nếu có): Không

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



GIÁM ĐỐC

Trần Lan Anh

**Phụ lục**  
**DANH MỤC HÀNG HÓA**

(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 05/9/2023 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái)

TT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Tiêu chuẩn chất lượng	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm cung cấp	Địa điểm giao hàng	Thời gian giao hàng dự kiến
1	Bộ dụng cụ lấy huyết khối trong lòng mạch não	<ol style="list-style-type: none"> <li>Cấu tạo đường kính trong 1,7mm <math>\pm</math> 10%, đường kính ngoài đầu gần 2mm <math>\pm</math> 10%</li> <li>Chiều dài làm việc <math>\geq</math> 125cm.</li> </ol>	ISO 13485	5	Cái	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trữ
2	Bóng nong mạch cảnh	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dùng trong kỹ thuật nong và đặt Stent mạch cảnh.</li> <li>Cấu tạo Bóng OTW 0.018". Cỡ 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0mm, dài 20, 40, 80, 120, 150mm. Bóng sử dụng công nghệ Proprietary giúp băng qua tổn thương dễ dàng.</li> </ol> <p>Bóng đạt được áp lực cao 12-14-16-22atm. Áp lực tiêu chuẩn 8 atm. Chiều dài hệ thống của bóng (bao gồm bóng và dây dẫn) tối thiểu có 3 cỡ sau: (90cm, 130cm và 180cm) <math>\pm</math> 10%</p>	ISO 13485	10	Cái	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trữ
3	Bóng nong mạch não loại 2 nòng	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bóng nong được gắn trong ống thông 2 nòng dùng trong can thiệp điều trị xơ vữa động mạch nội sọ.</li> <li>Cấu tạo: Đường kính tối thiểu có các cỡ (1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0) mm <math>\pm</math> 10%. Chiều dài bóng nong 8mm <math>\pm</math> 10%, đường kính trong từ 0.0165 inch đến 0.017 inch. Đường kính ngoài đầu xa 2.7F <math>\pm</math> 10%, đường kính ngoài đầu gần là 3.7F <math>\pm</math> 10%, Tổng chiều dài hệ thống 150cm <math>\pm</math> 10%. Chịu được áp lực danh nghĩa 6atm, áp lực tối đa 14atm.</li> <li>Hệ thống bóng tương thích với vi dây dẫn 0.014 inch</li> </ol>	ISO 13485	5	Cái	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trữ
4	Dụng cụ lấy dị vật (multi-snare) trong lòng mạch các loại	<ol style="list-style-type: none"> <li>Cấu tạo kim cắt tách vòng xoắn kim loại đã được tích điện sẵn, có hệ thống đèn báo và tín hiệu chuông phát.</li> </ol>	ISO 13485	2	Cái	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trữ
5	Dụng cụ lấy dị vật (multi-snare) trong tim mạch các loại, các cỡ.	Cấu tạo: ba vòng xoắn chất liệu hợp kim Nitinol, chiều dài $\geq$ 100cm.	ISO 13485	20	Cái	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trữ

TT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Tiêu chuẩn chất lượng	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm cung cấp	Địa điểm giao hàng	Thời gian giao hàng dự kiến
6	Kẹp túi phình mạch máu não các loại	Chất liệu titanium, kích thước các cỡ	ISO 13485	5	Cái	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trữ
7	Ống thông dẫn đường dùng trong can thiệp mạch não	Kích cỡ 6F, đường kính trong 0,088 inch $\pm$ 10%, chiều dài $\geq$ 80cm, đường kính ngoài đầu gần 8F, đường kính ngoài đầu xa 8F. Dùng để dẫn đường trong kỹ thuật can thiệp mạch não.	ISO 13485	10	Cái	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trữ
8	Stent động mạch vành phủ thuốc	1. Làm bằng chất liệu hợp kim Crom. Phù thuộc chống tái hẹp, liều 1,00 $\mu$ g/mm <sup>2</sup> $\pm$ 10%. 2. Chất liệu bọc ngoài: Polymer tự tiêu sinh học 3. Đường kính (mm) có đủ tối thiểu các số sau: 2,25; 2,5; 2,75; 3,00; 3,25; 3,50; 4,00; Chiều dài có ít nhất 8 cỡ, trong đó cỡ ngắn nhất $\leq$ 9mm. 4. Bông nong chất liệu Polyamid với áp lực tham chiếu từ 8atm đến 10atm, Áp lực vỡ bóng từ 15atm đến 18atm	ISO 13485	100	Cái	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trữ
9	Băng ghim khâu cắt mô mở	1. Cấu tạo: Chất liệu ghim titanium, chiều dài băng ghim có ít nhất các cỡ (60mm, 80mm, 100mm) $\pm$ 10%, chiều cao ghim mở và ghim đóng các cỡ. 2. Tương thích với Dụng cụ khâu cắt tự động dùng trong mổ mở.	ISO 13485	10	Cái	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trữ
10	Bộ dây đo áp lực nội sọ và nhiệt độ thân não tại não thất	Bộ dây đo áp lực nội sọ và nhiệt độ thân não tại não thất gồm: + Catheter có gắn cảm biến áp lực nội sọ và nhiệt độ thân não tại não H34 chiều dài $\geq$ 35 cm, nòng các cỡ, có que dẫn đường, có dây dẫn lưu dịch não tủy ra ngoài để giải áp và có vạch đánh dấu độ sâu; + Mũi khoan xương sọ đường kính 6,5 mm $\pm$ 10%, có thể điều chỉnh độ sâu; + Que điều chỉnh độ sâu mũi khoan; + Chốt cố định trên hộp sọ; + Nút khóa để dẫn lưu dịch não tủy ra ngoài;	ISO 13485	15	Bộ	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trữ

TT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Tiêu chuẩn chất lượng	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm cung cấp	Địa điểm giao hàng	Thời gian giao hàng dự kiến
11	Bộ dây đo áp lực nội sọ và nhiệt độ thân não tại nhiệt độ thân não nội sọ và nhiệt độ mô não	Bộ dây đo áp lực nội sọ và nhiệt độ thân não tại nhiệt độ thân não nội sọ và nhiệt độ mô não + Catheter làm bằng polyamid, gắn cảm biến áp lực nội sọ và nhiệt độ thân não tại nhiệt độ thân não, chiều dài $\geq 35\text{cm}$ , nòng các cỡ; + Chốt có vít vặn chặt; + Vòng để điều chỉnh độ sâu của chốt; + Mũi khoan đường kính $6,5\text{ mm} \pm 10\%$ , có thể điều chỉnh độ sâu; + Que điều chỉnh độ sâu mũi khoan; + Mũi chọc màng cứng	ISO 13485	10	Bộ	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trữ
12	Bộ quả lọc máu liên tục	1. Chất liệu màng quả lọc Polysulfone, diện tích màng lọc $\geq 1,4$ mét vuông. Tương thích và sử dụng được cho máy lọc Multifiltrate. 2. Thành phần chính gồm: quả lọc, đường ống, cartridge	ISO 13485	25	Bộ	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trữ
13	Ống thông chụp động mạch vành 2 bên	1. Cấu tạo lưới thép không gỉ bên ngoài, chống xoắn, có các cỡ từ 4F, 5F và 6F, chiều dài $\geq 100\text{cm}$ . 2. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	ISO 13485	260	Cái	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trữ
14	Catheter dẫn lưu vết mổ	Chất liệu Silicone, các cỡ	ISO 13485	20	Cái	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trữ
15	Dây dẫn lưu	Chất liệu Silicon hoặc nhựa tổng hợp, đường kính chiều dài các cỡ	ISO 13485	900	Cái	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trữ
16	Dây dẫn lưu ngoài ổ bụng	Chất liệu cao su, chịu được nhiệt $135$ độ	ISO 13485	2/000	Cái	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trữ
17	Dây oxy có Mask người lớn	Dây có cấu tạo kèm mặt nạ thở cho người lớn	ISO 13485	750	Cái	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trữ
18	Dây oxy có Mask trẻ em	Dây có cấu tạo kèm mặt nạ thở cho trẻ em	ISO 13485	220	Cái	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trữ
19	Dụng cụ khâu cắt tự động dùng trong mổ mở	1. Cấu tạo: $40\text{cm} \leq$ Chiều dài $\leq 50\text{cm}$ 2. Tương thích với băng ghim khâu cắt mổ mở	ISO 13485	10	Bộ	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trữ
20	Kẹp hộp sọ	Chất liệu titanium, đường kính $16\text{mm} \pm 10\%$	ISO 13485	5	Cái	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trữ

TT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Tiêu chuẩn chất lượng	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm cung cấp	Địa điểm giao hàng	Thời gian giao hàng dự kiến
21	Kẹp liên tục cầm máu da đầu	Kẹp cầm máu da đầu, bằng nhựa, đóng gói tiệt trùng	ISO 13485	5	Cái	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trữ
22	Kim sinh thiết nhiệt	Kim sinh thiết có chất liệu vỏ ngoài bằng nhựa dẻo. Kim tương thích với máy nội soi dạ dày, đại tràng ống mềm, máy có đường kính kênh sinh thiết 2,8 mm, chiều dài 2.300mm ± 10%. Sử dụng 1 lần.	ISO 13485	200	Cái	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trữ
23	Khớp háng bán phần không xi măng chuỗi phù nhôm	1. Chôm lưỡng cực các cỡ, chất liệu vỏ ngoài hợp kim crom, lót trong nhựa cao phân tử, đường kính ngoài có nhiều cỡ trong đó cỡ nhỏ nhất ≤38mm và cỡ lớn nhất phải ≥60mm mỗi cấp tăng 2mm 2. Chôm xương đùi chất liệu hợp kim Crom, đường kính 22mm và 28mm; 3. Chuôi không xi măng, 100mm ≤ chiều dài chuôi ≤ 130mm, có ít nhất 12 cỡ chuôi, phù HA (tái tạo xương nhanh), góc cổ chuôi 130/135 độ, có gân và rãnh xung quanh chuôi	ISO 13485	24	Bộ	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trữ
24	Lưỡi dao mổ các số	Chất liệu thép carbon, các số	ISO 13485	8/000	Cái	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trữ
25	Miếng dán mi	Kích thước 10cm x 12cm ± 10%.	ISO 13485	1/300	Miếng	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trữ
26	Ống đựng nước tiểu	Chất liệu thủy tinh trong suốt hoặc nhựa có nắp, thể tích các cỡ	ISO 13485	1/200	Cái	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trữ
27	Ống hút phẫu thuật số 5	Chất liệu nhựa Silicol hoặc PVC phủ Silicol. Đường kính trong 5mm ± 10%, Chiều dài ≥ 395mm. Tiệt trùng	ISO 13485	700	Cái	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trữ
28	Ống hút phẫu thuật số 7	Chất liệu nhựa Silicol hoặc PVC phủ Silicol. Đường kính trong 5mm ± 10%, Chiều dài ≥ 395mm. Tiệt trùng	ISO 13485	300	Cái	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trữ
29	Ống rửa dạ dày các số	Chất liệu PVC mềm, đường kính chiều dài các cỡ	ISO 13485	35	Bộ	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trữ

TT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Tiêu chuẩn chất lượng	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm cung cấp	Địa điểm giao hàng	Thời gian giao hàng dự kiến
30	Phim X-Quang kỹ thuật số cỡ 20cmx25cm	Kích thước 8" x 10" (20 x 25cm). Mật độ in tối đa $\leq 3,60 \pm 0,10$ , mật độ in tối thiểu $\leq 0,29$ . Tương thích và sử dụng được cho máy in phim khô Laser Fujifilm	ISO 13485	10/000	Tờ	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trữ
31	Phim X-Quang kỹ thuật số cỡ 20cmx25cm	Kích thước 8" x 10" (20 x 25cm). Mật độ in tối đa $\leq 3,60 \pm 0,10$ , mật độ in tối thiểu $\leq 0,29$ . Tương thích và sử dụng được cho máy in phim khô Laser Trimax TX55	ISO 13485	10/000	Tờ	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trữ
32	Phim X-Quang kỹ thuật số cỡ 35cmx43cm	Kích thước 14" x 17" (35cm x 43cm). Mật độ in tối đa $\leq 3,60 \pm 0,10$ , mật độ in tối thiểu $\leq 0,29$ . Tương thích và sử dụng được cho máy in phim khô Laser Fujifilm	ISO 13485	5/000	Tờ	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trữ
33	Phim X-Quang kỹ thuật số cỡ 35cmx43cm	Kích thước 14" x 17" (35cm x 43cm). Mật độ in tối đa $\leq 3,60 \pm 0,10$ , mật độ in tối thiểu $\leq 0,29$ . Tương thích và sử dụng được cho máy in phim khô Laser Trimax TX55	ISO 13485	5/000	Tờ	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trữ
34	Thủy tinh thể mềm đa tiêu cự	1. Cấu tạo: Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu cự, một mảnh, 2 cảng; chất liệu Acrylic ngâm nước 25% $\pm$ 10%; lọc tia UV; đường kính quang 6mm $\pm$ 10%, 10mm $\leq$ đường kính tổng $\leq$ 13mm; chỉ số khúc xạ $\geq$ 1,4, hằng số A $\geq$ 118; Độ sâu tiền phòng PACD $\geq$ 5.5, đặt sẵn trong súng hoặc có súng kèm theo. Đảm bảo cho đường đó số nhỏ nhất $\leq$ 2,2mm. 2. Dải công suất có nhiều số trong đó số nhỏ nhất $\leq$ +10 diop và số lớn nhất $\geq$ +30 diop.	ISO 13485	100	Cái	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Kho Vật tư - Hóa chất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên mua gửi dự trữ

Tổng: 34 Khoản